

已确定该设备购买计划
陈实

一、具体技术要求

序号	货物名称	技术要求
总体要求		<ol style="list-style-type: none">1. 采用标准的开放式呼吸非循环回路式设计，减少死腔；2. 用于大鼠、小鼠、兔子、猫、仓鼠、豚鼠等动物的吸入式麻醉；3. 蒸发器采用临床应用式设计，内部可承受 50kPa 压力无泄漏，使用温度范围 10-35℃；4. 蒸发器容量不小于 120ml，带流量和温度自动补偿功能；5. 具备精确的氧气流量计，流量可控范围 0-1L/min 和 0-4L/min，最高可扩展到 10L/min；6. Toggle 开关，一键快速切换气路通路，寿命高于 10 万次；7. 快速充氧开关，充氧速度可达 10L/min，以最快速度排除管道或麻醉诱导盒中的残余麻醉混合气体；8. 可选择氧气、空气、二氧化碳、笑气、氮气等作为供气气源。9. 蒸发罐全检机制：蒸发器出厂全检，每一只都精准质检。输出浓度可调，输出不受流量、温度、流速、压力变化影响，安全锁定装置防止麻醉药意外挥发。良好的温度和流量补偿性能，10℃低温仍然保持准确的浓度输出，精确度达 15%；10. 旋转浓度调节盘，异氟烷浓度调节范围 0-5%，精度不低于 0.5%，保证输出精确性；11. 可选配拓展流量计，满足多种气源的实验要求；12. 结构设计紧凑，移动灵活（带有便携把

		<p>手)，使用方便；</p> <p>13. 铝合金材料制作，便携可移动，可升级为移动式麻醉机；</p> <p>14. 可根据实验要求和不同种类不同大小动物选择各种规格配件（诱导盒、麻醉面罩、麻醉气体回收系统等）</p> <p>15. 国内上门安装培训维修巡检、国内维修保养、多品牌麻醉机维修、产品视频指导、远程技术支持、代理商支持、维保服务，多品牌蒸发罐校准服务。；</p> <p>16. 蒸发器采用最先进的设计方式，可以精确控制麻醉剂的输出浓度。独特的安全锁定结构；密封性好，零泄漏。不同的安全级别，只为提供更快捷放心的麻醉体验；</p> <p>17. 麻醉主机进气口使用 9/16Female 进气接头，兼容不同品牌的通气管道。</p> <p>18. 目镜 10 倍放大视野，平场目镜视场直径 22mm</p> <p>19. 物镜倍数 0.67X-4.5X 物镜变倍比 1:6.7</p> <p>20. 双目观察头 瞳距 55-77mm 视度调节 ±5 屈光度 45° 倾斜 360° 旋转</p> <p>21. 视场范围 31.2 mm-5.1mm</p> <p>22. 10X 目镜下总放大倍数 6.7X-45X ，10X 目镜+0.5X 辅助镜 总放大倍数为 3.35X-22.5X</p> <p>23. 目镜和辅助镜同时使用时，工作距离 ≥177 mm</p> <p>24. 调焦手轮松紧可调</p> <p>25. 万向支架可以 360*旋转, 长短自由伸缩</p>
2	主机要求	
2	附属设备要求	

配置清单（注：配置清单需明确数量、单位、且不可涉及产地品牌型号等）			
序号	名称	单位	数量
1	双目体式显微镜	台	1
2	小动物麻醉机	台	1
3	五通道流量计	台	1
4	麻醉剂空气泵	台	1

二、商务条款

序号	目录	商务要求
（一）免费保修期内售后服务要求		
1	维修及维护服务	<p>★1.1 一般情况下国产货物自签订合同之日起 30 日历日内、进口货物自 60 日历日内交货并安装调试交付验收，特殊情况下国产货物可延迟至 60 日、进口设备可延迟至 90 日交货。</p> <p>1.2 免费保修期内，年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。每次预防性维护保养后应出具符合厂家标准的保养记录，每年度提供符合厂家技术标准或第三方认可的质控报告。</p> <p>1.3 由设备制造商提供售后服务，4 小时内响应，24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。</p> <p>★1.4 提供设备原厂服务，负责货物的终身维修，保证 10 年以上供应维修配件，5 年内免费提供软件升级服务，并免费配合医院完成设备端信息化接口改造。</p>
2	质量保证	<p>2.1 在免费保修期内，投标人应确保年开机率在 95% 以上，若不能达到此开机率，将作以下处理：a. 年开机率在 90-95% 之间按一赔五延长保修期；b. 年开机率在 85-90% 之间按一赔十延</p>

		长保修期；c. 年开机率低于 85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 注：年开机率=（365-停机天数）/365）
(二) 免费保修期外售后服务要求		
1	服务内容及要求	<p>1.1 由设备制造商提供售后服务，4 小时内响应，24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。</p> <p>★1.2 免费保修期满后提供设备原厂服务，负责货物的终身维修，以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同，保证免费保修期满后 7 年以上供应维修配件，2 年内免费提供软件升级服务。价格最高的前 5 项零配件、消耗品和延续全保修合同、部分备件与人工保修合同、仅人工保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价清单》中。</p> <p>1.3 维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。</p> <p>1.4 采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。</p> <p>1.5 投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任</p>

		何不利于采购人使用与维修设备的障碍。在规定的设备使用寿命期限内保证相关配件供应。
(三) 其他商务要求		
1	交货条件	<p>★1.1 投标人在签订合同之日起 90 日历日内交货并安装调试完毕，交付采购人验收。</p> <p>1.2 签订合同后，如涉及机房装修改造，需立即向医院出具机房装修要求的各种资料。</p> <p>1.3 投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。</p> <p>1.4 提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。</p> <p>1.5 如涉及机房装修改造，供应商应提供机房内与安装设备直接相关的器具和部件，包括从配电箱到主机的电缆线，专用导轨吊架和地梁钢结构等设备专用配套配件，采购人仅负责通用要求的放射防护装修。</p>
2	运输、安装和验收	2.1 投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点，并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关

		<p>税、增值税和进口代理等费用。</p>
		<p>2.2 采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等，采购人可以拒绝接收该货物，投标人应在 7 天内采取补足、更换或退货等措施，以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。</p>
		<p>2.3 投标人与院方设备验收人员共同确认安装条件符合相关技术要求后方可发出货物，投标人负责货物的现场安装和调试，提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试，并在 5 天内安装调试完毕。</p>
		<p>2.4 由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算。</p>
		<p>2.5 设备安装过程中不得破坏已有设备、器具和装修，如有损坏，需无条件恢复原状。</p>
		<p>2.6 如安装过程需要吊装、搬运工人超过 3 人等情况，需提前一周向医院设备科、总务科申报，办理入场手续，所有院外工作人员在院区内工作，需接受医院监管，佩戴医院发放的工牌，禁止吸烟及一切危害公共安全的行为，对有可能造成消防报警的，需提前申报。</p>

		<p>2.7 医疗设备的包装箱使用后由中标（成交）供应商负责处理。</p> <p>2.8 废气排放、排污等接口无条件改造为医院已有标准和制式。</p>
3	培训	<p>3.1 中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。中标人责成厂家提供标准化操作流程、日常保养流程、质控流程、PPT 版本操作教程及操作视频、电子说明书等</p>
4	知识产权	<p>4.1 投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。</p> <p>4.2 采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。</p>
5	付款方式	<p>5.1 产品安装、调试完毕并经过甲方验收合格后 5 日内，乙方需支付合同总金额的 5%作为质保金到甲方指定账户；货到指定地点、验收合格并提供全额发票办理入库之日起三个月内，甲方向乙方支付全款；免费保修期满后，经采购人确认产品质量无问题及售后服务达标后，甲方无息返还乙方质保金。</p>
6	违约责任	<p>6.1 中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 10% 的违约金并按主管部门相关规定处理。</p> <p>6.2 中标人逾期交货的，将</p>

				被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。	
				6.3 中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被深圳市政府采购中心评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。	
7		数据接口要求		7.1 中标（成交）供应商应无偿配合医院信息科将设备连接到信息系统中，连接信息系统过程中如需产生费用则由其承担。中标（成交）供应商不能向医院信息系统如 HIS、PACS、LIS 等提出另行支付接口费等费用。	
8		其他		8.1 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。	
9	配件名称	单位	单价	生产厂商	备注