

双通道靶控泵

一、设备配置清单（主要核心配套设备及配件）

序号	项目名称	数量	单位
1	双通道靶控泵	2	台
2	双通道微量注射泵	1	台

二、招标技术要求

1、双通道靶控泵：一、功能特点

- 1、▲双通道一体机，非组合式。
- 2、可以使用两个注射器，同时注射两种药物。
- 3、可自动识别20、50ml注射器。
- 4、彩色液晶显示屏幕，可显示药物浓度曲线。
- 5、具有血浆靶控、效应室靶控、恒速、药物库四种输注模式。
- 6、▲可以靶控输注的药物有：异丙酚、咪唑安定、瑞芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼、芬太尼、罗库溴胺、阿曲库胺、维库溴胺。
- 7、具有靶浓度与剂量换算功能。
- 8、内置右美托咪定药物方案。
- 9、有定时诱导功能，诱导时间可以根据病人状况设定。
- 10、具有优化TCI（OTCI）功能，解决个体化差异和术前用药问题。
- 11、可预测苏醒时间。
- 12、恒速输注功能可选择速度单位有：ml/h、ug/kg/min、ug/kg/h、mg/kg/min、mg/kg/h、mg/h、ug/h。
- 13、压力释放功能避免了药物阻塞报警后再开始注射时产生BOLUS的危险。
- 14、交直流电两用，方便病人转运。

二、性能参数

- 1、输注速度范围：输注速度在0.1ml/h至10ml/h之间时，最小步进为0.1ml/h；输注速度在10 ml/h至100ml/h之间时，最小步进为1ml/h；输注速度在100 ml/h至1200ml/h之间时，最小步进为10ml/h。

20ml注射器：0.1-600ml/h
50ml注射器：0.1-1200ml/h
- 2、预设输注总量范围：最小步进：1ml。

20ml注射器：1ml-20ml
50ml注射器：1ml-60ml
- 3、快速输注速度范围：步进：100ml/h。

20ml注射器：100-400ml/h
50ml注射器：100-600ml/h
- 4、输注速度的最大误差：不大于±3%。
- 5、丸剂量：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml可选。
- 6、阻塞压力报警阈值：高：800±200毫米汞柱

中：500±100毫米汞柱

低：300±100毫米汞柱
- 7、报警类型：外接电源掉电报警、备用电池欠压报警、注射器推空/管道阻塞报警、注射器脱落报警、注射预设量完毕报警、药物将尽报警、运行提示报警。
- 8、12v锂离子电池，充电10h后，中速输注连续工作时间大于2h。

双通道微量注射泵：一、功能特点

- 1、▲双通道一体机（非组合泵），应用一根电源线。
- 2、▲可同时进行两种药物分别输注。
- 3、▲两个数码管分屏显示，3米以外清晰辨别。
- 4、▲可自动识别10ml、20ml、30ml、50ml规格注射器。
- 5、具有恒速输注、快速输注、预设量输注等功能。
- 6、▲具有注射器容积校正方法，保证使用任何品牌注射器的注射精度。
- 7、▲具有休眠待机模式。一个通道使用时，另一个通道可设置休眠，节省用药。
- 8、具有软件现场复位功能，避免软件死机时注射泵不正常工作。
- 9、具有压力释放功能避免了药物阻塞报警后再开始注射时产生BOLUS的危险。
- 10、交直流两用，方便病人转运。
- 11、KVO功能：预设量注射完毕后，以1ml/h的速度注射，以保持静脉血管的畅通。

二、性能参数

- 1、输注速度范围：10ml注射器：0.1ml-200ml/h
20ml注射器：0.1ml-400ml/h
30ml注射器：0.1ml-600ml/h
50ml注射器：0.1ml-1200ml/h
输注速度在0.1 ml/h至999.9ml/h之间时，最小步进为0.1ml/h；输注速度在1000 ml/h至1200ml/h之间时，最小步进为1ml/h。
- 2、预设输注总量范围：10ml注射器：1ml-10ml
20ml注射器：1ml-20ml
30ml注射器：1ml-30ml
50ml注射器：1ml-60 ml
最小步进：1ml。
- 3、快速输注速度范围：10ml注射器：200ml/h
20ml注射器：400ml/h
30ml注射器：400ml/h
50ml注射器：600ml/h
- 4、注射泵的精度：输注速度的平均误差在±2.0%之间。
- 5、注射总量计量范围：0.0 - 9999.9ml。
- 6、阻塞压力报警阈值：高：800±200毫米汞柱
中：500±100毫米汞柱
低：300±100毫米汞柱
- 7、报警类型：注射器脱落、运行提示、药物将尽、注射器推空/管道阻塞、外接电源掉电、备用电池欠压、注射预设量完毕报警，这些报警状态都属于技术报警。
- 8、12v锂离子电池，可充电10h后，中速输注电池连续工作时间大于2h。

三、商务条款

序号	目录	商务要求
(一) 免费保修期内售后服务要求		
1	维修及维护服务	★1.1 所投货物(含所选配置及软硬件校准和升级)免费保修期不少于 5 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算（原则上以“采购人完成入库” 为准）。中标人必须提供设备原厂服务，终身维修。 1.2 免费保修期内，年度定期预防性维护保养次数应不少于 4次。免费更换零配件、免工时费。每次预防性维护保养后需出具符合厂家标准的保养记录，每年度提供符合厂家技术标准或第三方认可的质控报告。 1.3 由设备制造商提供售后服务，4 小时内响应，24 小时维修到位(不可抗力情况除外)。如需更换消耗品和零配件需48小时之内完成，如遇产品重大故障，超72小时无法解决的，提供备用机。。 ★1.4 设备制造商负责货物的终身维修，承诺至少 10 年原厂维修配件供应及软件升级。并免费配合采购人完成设备端信息化接口改造。进口设备需提供设备厂家承诺函，国产设备需提供供应商承诺函（格式自拟）。
2	质量保证	2.1 免费保修期内，中标人应确保年开机率在95%以上，否则按照如下约定执行: ①年开机率90~95%(含95%)，扣履约保证金的30%; ②年开机率在85~90%(含90%)，扣履约保证金的60%; ③年开机率低于85%(含85%)，中标人需无条件更换新机并赔偿采购人的直接经济损失和间接经济损失，采购人有权扣除全额履约保证金。 注:年开机率=(365-停机天数)/365)。
(二) 免费保修期外售后服务要求		
1	服务内容及要求	1.1 设备制造商提供售后服务，4 小时内响应，24 小时维修到位(不可抗力情况除外)。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 ★1.2 免费保修期满后，设备制造商以优惠价格供应原厂维修零配件、消耗品和延续保修合同及仅人工保修服务。

序号	目录	商务要求
		1.3 价格最高的前5项零配件、消耗品和延续全保修、仅人工保修服务，的优惠价报价填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明细清单》中。 1.4 免费保修期外，采购人采购零配件、消耗品和延续保修服务明细内容时，可就价格进行谈判，最终谈判价格不能高于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明细清单》中优惠价报价。 1.5 中标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即:不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。 ★1.6 设备专机专用耗材和试剂需在深圳市医用耗材阳光交易和监管平台注册，并承诺中标后提供医用耗材阳光交易和监管平台最低供货价。【提供生产厂家及专用耗材试剂在深圳市医用耗材阳光交易和监管平台上的注册证明和承诺函(格式自拟)】。若无配套专机专用耗材和试剂，投标人须提供无配套专机专用耗材和试剂相关说明。
(三)其他商务要求		
1	交货要求	★1.1 中标人在签订合同之日起，国产设备 60 日历日内，进口设备 90 日历日内交货并安装调试完毕，交付采购人验收。 1.2 签订合同后，如涉及机房装修改造，中标人需立即向采购人出具机房装修要求的各种资料。并提供机房内与安装设备直接相关的器具和部件，包括从配电箱到主机的电缆线，专用导轨吊架和地梁钢结构等设备专用配件，采购人仅负责通用要求的放射防护装修。 1.3 中标人应提供设备的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册(含维修密码及接口数据)、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 1.4 提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检测的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。
2	运输、安装和验收	2.1 中标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点，并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 2.2 采购人在必要时有权要求中标人提供设备相关的第三方检验检测报告。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等，采购人可以拒绝接收该货物，投标人应采取补足、更换或退货等措施，以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由中标人承担。 2.3 中标人与采购人设备验收人员共同确认安装条件符合相关技术要求后方可发出货物，中标人负责货物的现场安装和调试，提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。中标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试。 2.4 由中标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告，产品保修期自验收合格（原则上以“采购人完成入库”为准）之日起算。 2.5 设备安装过程中不得损坏安装场地内已有设备、器具和装修等物品，如有损坏，中标人应无条件恢复原状，针对无法修复的中标人应当赔偿采购人的损失。 2.6 如安装过程需要吊装、搬运工人超3人等情况，需提前一周向采购人设备科、总务科申报，办理入场手续，所有院外工作人员在院区内工作，需接受采购人监管，佩戴采购人发放的工牌，禁止吸烟及一切危害公共安全的行为，对有可能造成消防报警的，需提前申报。 2.7 医疗设备的包装箱使用后由中标人负责处理。 2.8 废气排放、排污等接口须无条件改造为符合采购人现有标准和制式。
3	培训	3.1 中标人应派专业技术人员免费对采购人指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。中标人责成设备生产商提供标准化操作流程、日常保养流程、质控流程、PPT版本操作教程及操作视频、电子说明书等。
4	知识产权	4.1 中标人应保证采购人在使用该设备或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。中标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由投标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。 4.2 采购人购买设备后，有权对该设备与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由投标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。
5	付款方式	5.1 合同签订生效后，中标人自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交合同金额5%为履约保证金； 5.2 中标人提供合同全额发票办理入库后15日，采购人向中标人支付合同全款； 5.3 履约完成，中标人提出退还履约保证金申请，采购人确认履约合格后无息退还履约保证金或者出具相应证明文件。采购人逾期退还履约保证金，需向中标人每日偿付履约保证金0.1‰利息。因中标人原因未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。
6	违约责任	6.1 若本合同约定交付期限届满，中标人不能按照约定交货，中标人应按照未交货产品价值的1%/日向采购人支付违约金；如逾期超过30日历日(含)的，采购人有权解除本合同，并要求中标人按照本合同总金额的30%支付违约金并赔偿损失。 6.2 若中标人交付的产品、工程或服务不符合招标文件要求和其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被拒收产品并扣除全货款30%的违约金，且将被列入履约“差评”供应商清单，并按主管部门相关规定处理。若违约金无法弥补招标人的损失，中标人还应赔偿招标人因此造成的损失。 6.3 采购人有权从中标人缴纳的履约保证金中直接扣除中标人应承担的违约金和采购人的损失，剩余违约金和采购人的损失，采购人有权要求中标人继续支付。履约保证金不足以补偿中标人应承担的违约金和采购人损失的，采购人有权要求中标继续支付。 6.4 其他违约责任。
7	数据接口要求	7.1 中标人应无偿配合采购人信息科将设备连接到信息系统中。连接信息系统过程中如产生费用由中标人承担。中标人不能向采购人信息系统如HIS、PACS、 LIS等提出另行支付接口费等费用。
8	产品要求	★8.1 进口产品投标人必须提供由设备制造商(或中国总代理)签署的合法有效的保修、维修承诺函(免费保修期需满足招标文件要求)扫描件，原件备查。国产产品无需提供。
9	其他	9.1 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

四、配套条件

设备长宽高[单位:m]	0.3*0.4*0.5	用地面积[单位:m²]:	0.0000	*设备重量[单位:吨]:	0.0000
其他特殊要求（配置证等：	无特殊要求	院感：	无特殊要求	消防：	无特殊要求
吊装通道改造:	无特殊要求	建筑承重[单位:吨]：	0.0000	位置：	麻醉科
给水、排水（污水）条件:	无特殊要求	审批（排污、放射源等）控评：	无特殊要求	审批（排污、放射源等）环评：	无特殊要求
审批（排污、放射源等）预评:	无特殊要求	装修要求（含放射、屏蔽、隔音等）：	无特殊要求	装修改造费用预计合计(元)：	0.0000
用气条件：	不需要用气				

用电条件-KW:	无特殊要求	用电条件-双回路供电：	无特殊要求	用电条件-独立地线：	无特殊要求
售后服务情况：	厂家随时上门服务				
改造预计时长：	无特殊要求				
改造说明：					